ME15

ТЯГОМЕР ТмМП-52-М2, НАПОРОМЕР НМП-52-М2, ТЯГОНАПОРОМЕР ТНМП-52-М2 МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ

Паспорт
ЦТКА.406123.001 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Тягомер ТмМП-52-М2, напоромер НМП-52-М2, тягонапоромер НМП-52-М2 мембранный показывающий предназначен для измерения вакуумметрического и избыточного давлений неагрессивных газов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.

Прибор имеет сертификат № РОСС RU.ME15.B01670 соответствия требованиям безопасности ГОСТ 12997-84 по п.п 2.16; 2.25; 2.27; 2.28 раздел 3, ГОСТ 2405-88 по п.п 2.1.7.4.1; 2.1.7.4.2; 2.1.8; 2.4.1 - 2.4.3; 6.2; 6.3, выданный органом по сертификации г. Саранска.

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.30.390.A №66639, выданный Госстандартом России.

Номер Государственного реестра 68065-17.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Предел измерения, kPa (~~kgf/m²~~) ≠300

2.2 Класс точности 2,5

2.3 Прибор предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С, относительной влажности до 98% при температуре 35 °С.

2.4 Габаритные размеры, mm, не более 72x144x175.

2.5 Масса, kg ,не более - 0,5.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице.

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол. шт.	Примечание
ЦТКА.406123.001	Прибор	1	
МП8.090.161	Кронштейн	1	
МП8.090.162	Кронштейн	1	
	Болт М6х8 ГОСТ 7805-70	2	
	Шайба 6 ГОСТ 11371-78	2	
ЦТКА.406123.001 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
ЦТКА.406123.001 ПС	Паспорт	1	

Примечание. При поставке в один адрес партии приборов (не менее 10 шт.) допускается прилагать руководство по эксплуатации из расчета 1 экз. на 3 прибора.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Прибор ТНМТ - 52 - М2 - УЗ.

заводской № 1841232 изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ 25-7305 014-90 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 24 ДЕК 2018

Контролер ОТК _____
личная подпись и штамп

ОТК СП 6

Поверитель _____
личная подпись и клеймо

1 СТ Б АЦА 8

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

5.2 Гарантийный срок хранения 30 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года (в пределах гарантийного срока хранения) со дня ввода в эксплуатацию.

6 ВЕДОМОСТЬ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРИБОРЕ

Наименование металла,сплава	Количество цветных металлов, содержащихся в приборе и подлежащих сдаче в виде лома при полном его износе или списании, kg.			
	Классификация по группам ГОСТ 1639-78			
	1	3	4	5
1 Алюминий и алюминиевые сплавы	0,013		0,095	
2 Медь и сплавы на медной основе		0,006	0,018	