# ТЯГОМЕР ДТММП-100-М1, НАПОРОМЕР ДНМП-100-М2, ТЯГОНАПОРОМЕР ДТНПМП-100-М1 МЕМБРАННЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ

ME 15

## Паспорт
## ЦТКА. 406123.001 ПС

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

1.1. Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапоромер мембранные показывающие ТмМП-100-М1, НМП-100-М1, ТНМП-100-М1, ДТНМП-100-М1, ДНМП-100-М1, ДТНМП-100-М1 (в дальнейшем — приборы) предназначены для измерения вакуумметрического, избыточного, а также разности вакуумметрических и избыточных давлений неагрессивных газов.

### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Приборы имеют сертификат № RU. C. 30. 004. A 22988 соответствия требованиям безопасности ГОСТ 12997-84 раздел 3, ГОСТ 2405-88 п.2.1.8, выданный органом по сертификации г. Тулы.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Предел измерения, кРа -4

2.2. Класс точности 1,5

2.3. Приборы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60°С, относительной влажности до 98% при температуре 35°С.

2.4. Масса прибора не более 0,8 кг.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице.

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. шт. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1. ПРИБОР | | 1 | |
| 2. ПАСПОРТ | МПО.283.287 ПС | 1 | |
| 3. КЛЮЧ | МП8.392.002 | 1 | |

***Примечание.*** *При поставке в один адрес партии приборов (не менее 10 шт.) допускается прилагать техническое описание из расчета 1 экз. на 3 прибора.*

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Прибор ТМКП-100-М1-У3 заводской № 41451 изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ 4212-007-25357401-2005 и признан годным для эксплуатации.

1 ЦБ 8 АЦА

ОТК НПП

**Начальник ОТК**

М.П. _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

13 АВГ 2018

**Руководитель предприятия**

_____ обозначение документа, по которому производится поставка

М.П. _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

**Заказчик**
*(при наличии)*

М.П. _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

## 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

5.2. Гарантийный срок хранения 30 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации 2 года (в пределах гарантийного срока хранения) со дня ввода в эксплуатацию.

## 6. ВЕДОМОСТЬ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРИБОРЕ

| Наименование металла, сплава | Количество цветных металлов, содержащихся в приборе и подлежащих сдаче в виде лома при полном его износе или списании, kg | | |
|---|---|---|---|
| | Классификация по группам ГОСТ 1639-78 | | |
| | 1 | 4 | 5 |
| 1. Алюминий и алюминиевые сплавы | 0,01 | 0,43 | |
| 2. Медь и сплавы на медной основе | 0,006 | — | 0,09 |